



ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI

ul. Bartoszycka 3

Telefony: centrala (089) 767 22 71 do 76;

sekretariat: (089) 767 25 61

fax: (089) 767 29 66

<http://zozlw.pl>

Regon: 000308459 e-mail: zamowienia.publiczne@zozlw.pl; **NIP: 743-16-41-641**

Lidzbark Warmiński 01-12-2011 r.

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Znak sprawy: ZOZ.III-270-22/ASZ/11

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 Zamawiający, Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim, przekazuje treść zapytań jakie wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami.

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do oferty oryginalnych firmowych prospektów autoryzowanego dystrybutora aparatury potwierdzające spełnienie wszystkich parametrów?

Odp. Zamawiający dopuszcza oryginalne prospekty autoryzowanego dystrybutora.

2. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z możliwością wyświetlania 4 krzywych? Wymagania przedstawione przez Zamawiającego w tabeli technicznej nie wskazują na konieczność wyświetlania aż 7 kanałów krzywej.

Odp. Nie

3. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez monitorowania odcinka ST?

Odp. Nie

4. Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie czasu reakcji serwisu do 48 h?

Odp. Tak

5. Czy Zamawiający dopuści monitory o czasie zasilania z akumulatora 2 godziny?

Odp. Tak

6. pkt.11 – Czy Zamawiający pisząc „możliwość zapisu danych przez min. 72h” miał na myśli wyświetlanie trendów graficznych i tabelarycznych?

Odp. Jak w SIWZ

7. Czy Zamawiający oczekuje aby oferowane kardiomonitor były kompatybilne z posiadanymi kardiomonitorami firmy EDAN?

Odp. Zamawiający nie oczekuje, ale dopuszcza.

W imieniu Zamawiającego –